

941

SENSORES Y ACTUADORES

BASE RECTANGULAR LLAMADA Y PRESE. Y DIN8

Código : **9410258**

Modelo : **LLC-409**

Descripción

Periférico de habitación con conector DIN8 para pera de llamada (LLC-21x), pulsador de llamada con indicador LED rojo y pulsador de presencia. Permite lanzar una llamada desde la pera de llamada conectada (LLC-7o desde el pulsador de llamada rojo. Permite la marcación de presencia de enfermera en la habitación desde el pulsador de presencia / cancelación verde. Una vez iniciada la llamada paciente el indicador LED rojo permite una fácil identificación de la cama llamante y el estado de la llamada. Montaje empotrado.

